

Руководитель (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

11 СЕН 2017

И. И. КАРЕНКО Д.А.



инициалы, фамилия

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21A358

от " " 2017 г.

на 1 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Лаборатория радиационного контроля общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «РАДЭК»
наименование испытательной лаборатории (центра)

1900005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова 26-А, лит. Б

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	(0,05 – 300) мкЗв/ч
2.	ГОСТ Р 54041 п. 6.1	Почва, грунты	-	-	Отбор проб	-
3.	ГОСТ Р 54038 п. 6.1	Почва, грунты	-	-	Отбор проб	-

<*> В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.



Директор ООО «Научно-технический центр «РАДЭК» Ф.Н. Шикаленко